

Välise kvaliteedikontrolli lubatud piiridest välja läinud tulemused. Indikaator IFCC WG-LEPS Intra-Unac.

	2018			2017			2016		
	Välise kontrolli tulemuste arv	Piiridest väljas tulemuste arv	Piiridest väljas tulemuste %	Välise kontrolli tulemuste arv	Piiridest väljas tulemuste arv	Piiridest väljas tulemuste %	Välise kontrolli tulemuste arv	Piiridest väljas tulemuste arv	Piiridest väljas tulemuste %
Geneetikakeskus	267	16	6,0	205	5	2,4	134	3	2,2
Tsütogeneetika	8	0	0	8	0	0	8	0	0
Molekulaardiagnostika	94	0	0	93	0	0	49	0	0
Ainevahetus	165	16	9,7	104	5	4,8	77	3	3,8
Immuunanalüüs	1745	22	1,3	1705	43	2,5	1492	66	4,4
Viroloogia	432	7	1,6	414	13	3,2	295	14	4,7
Koesobivus	389	4	1,0	444	3	0,7	438	2	0,5
NAT	338	3	0,9	362	14	3,9	333	43	13,9
Voolutsütomeetria	126	0	0	71	3	4,2	14	3	21,4
Autoimmuniit	380	1	0,3	348	8	2,3	348	4	1,5
Allergia	80	7	8,8	66	2	3,0	64	0	0
Kliiniline keemia ja laboratoorne hematoloogia	3507	28	0,8	3380	34	1,0	3350	42	1,3
Kliiniline keemia	2556	21	0,8	2415	21	0,9	2470	29	1,2
Viirusmarkerid	261	0	0	261	0	0	216	0	0
Hematoloogia	690	7	1,0	704	13	1,8	664	13	2,0
Lastekliinik	461	7	1,5	450	5	1,1	476	5	1,1
Mikrobioloogia	135	4,5	3,3	146	6	4,1	150	6,5	4,3
Mükobakterioloogia	312	3	1,0	273	4	1,5	245	4	1,6
Kokku	6427	80,5	1,3	6159	97	1,6	5847	126,5	2,2